取扱注意事項

製品名　自動血圧計 HEM-8723

1. 使用してよい場所

使用場所について法律上の制限はない。

2. 機器を操作できる者

使用者について法律上の制限はない。

3. 診断者

測定結果の自己判断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。

4. 説明・解説

最高血圧 125㎜Hg、最低血圧 80㎜Hg 以下の場合は正常の範囲内であるとアドバイスは可。
最高血圧 125～135㎜Hg、最低血圧 80～85㎜Hg の場合は注意喚起するアドバイスは可。
上記以上の測定範囲の場合は医師の指導を受けるアドバイスは可。
「高血圧です」「薬を飲んでください」といった診断は不可。

5. 正しく使用するための注意事項

⑴ 測定中に異常を感じたり、気分が悪くなったりした場合は使用を中止してください。
⑵ 重度の血行障害または血液疾患のある方は、圧迫により一時的に内出血が発生することがありますので医師の指導の下ご使用ください。
⑶ 手動加圧される場合、圧迫により一時的に内出血が発生することがありますので、取扱説明書をご参照のうえ必要以上に加圧しないでください。
⑷ 腕帯は心臓と同じ高さに保ってください。
⑸ 安静にして、リラックスした状態で測定してください。
⑹ 喫煙、入浴、飲酒の後で測定はしないでください。
⑺ 測定が正常に行われなかったときはエラー表示します。
⑻ 電池マークが単独で表示したときは、4 個同時に新しい電池と交換してください。
⑼ 電池は、単 3 形マンガンおよびアルカリ乾電池以外は使用しないでください。
⑽ 血圧測定以外の目的で使用しないでください。
⑾ 血圧計の本体や腕帯は分解や改造しないでください。
⑿ 本商品の周辺で携帯電話を使用しないでください。本商品が誤作動する恐れがあります。
⒀ この血圧計はほかの医療機器と併せて使用できません。必ず同梱の血圧計本体と腕帯を使用してください。他の医療機器や器具とつながないでください。事故の恐れがあります。

6. 故障の際の連絡先

福井県国民健康保険団体連合会　　業務課　共同・保健事業推進グループ　℡ 0776－57－1612